

Термогігрометр testo 623


для моніторингу температури і
вологості в приміщенні, з графіком
значень за останні 90 днів

Аналіз виміряних раніше значень температури і
вологості

Відображення виміряних значень за останні 90 днів у
вигляді гістограми

Миттєвий огляд всіх важливих значень

Великий чіткий дисплей



На великому чіткому дисплеї термогігрометра testo 623 одночасно відображаються поточні та виміряні раніше значення температури і вологості, а також дата і час. Завдяки цьому можна миттєво оцінити значення усіх важливих параметрів.

Відображення виміряних значень за останні 90 днів у вигляді гістограми дозволяє швидко їх оцінити та проаналізувати.

testo 623 ідеально підходить для швидкої перевірки та контролю навколишніх умов, без необхідності додаткового використання ПК для аналізу даних. Завдяки високостабільному датчику вологості, прилад зберігає високу точність вимірювань протягом багатьох років. Практичний корпус з фіксатором дозволяє легко розмістити термогігрометр на столі чи повісити на стіні.

Технічні дані / Приладдя

testo 623

testo 623, термогігрометр з батарейками та заводським протоколом калібрування

Замовлення № 0560 6230



Загальні технічні дані

Цикл вимірювань	20 с
Темпер. зберігання	-20 ... +60 °C
Робоча температура	-10 ... +60 °C
Ресурс батарейки	12 місяців
Вага	240 г
Габарити	185 x 105 x 36 мм

Тип сенсора

	NTC	Ємнісний сенсор вологості Testo
Діапазон вимірювань	-10 ... +60 °C	0 ... 100 % ВВ (без конденсації)
Похибка ±1 цифра	±0,4 °C	±2 % ВВ при +25 °C (10 ... 90 % ВВ) ±3 % ВВ (решта діапазону)
Роздільна здатність	0,1 °C	0,1 % ВВ

Приладдя

Замовлення №

ISO сертифікат калібрування по вологості, точки калібрування 11,3 % ВВ та 75,3 % ВВ при +25 °C; на канал/прилад	0520 0076
DAkkS сертифікат калібрування по вологості	0520 0246

Підлягає зміні без попередження, включаючи технічні модифікації.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua